使用準備

❶梱包内容を確認してください。

❷取扱説明書をお読みください。

❸ライトガイドを装着してください。ライトガイドは使用に際して、オートグレーブ滅菌（134℃以下）してください。

❹アイシールドを装着してください。



❺バッテリーから保護キャップを外した後、バッテリーをハンドピースに挿入して、時計回りにねじ込んでください。

❻電源プラグをコンセントに挿入してください。ハンドピースを充電器にセットして、1.5時間以上充電してください。

操作方法

❶ハンドピースがスリープモードになっている場合は、スタートボタンを押して解除してください。



❷アイシールドを装着するか、オレンジ色の遮光用眼鏡を使用してください。

❸照射時間選択ボタンを押して、目的の照射時間を選択してください。

❹スタートボタンを短く押し、照射を開始してください。

❺タック照射を行う場合は、スタートボタンを長押ししてください。



❻照射の部位や方向にあわせて、アイシールドを回転させ、位置を調整してください。

❼ライトガイドの先端を可能な限り照射面に近づけ、垂直に光照射してください。

保守点検

❶光量測定を行うためには、充電器の光量チェッカーにライトガイドの先端を水平にあて、照射を行ってください

❷ライトガイドは先端と根元の部分をチェックし、ひび割れや欠け、付着物がないか確認してください。ライトガイドの両端を清掃する際には、やわらかい布を用いてください。

❸充電器やハンドピース、アイシールドを清掃する際には、やわらかい布に消毒剤をスプレーしたもので、拭いてください。

❹使用前に、から拭きしてください。

❺バッテリーをハンドピースから外すときには、反時計回りに回転させてください。

ご使用に際しては、添付文書、取扱説明書を必ずお読みください。